

Vyhláška č. 296/2012 na vybavení vozu PPNP/RZP



2. Vozidlo musí být vybaveno:

- 2.1. nosítka s podvozkem vybavenými zádržným systémem pro děti a dospělé
Stryker M1 - 6100 RUGGED se zádržnými systémy, plně polohovatelné, odnímatelná nosítka od podvozku, se zádržným systémem pro dospělé i děti
- 2.2. vakuovou matrací
Celotělová matrace EGO Zlín
- 2.3. zařízením pro přepravu sedícího pacienta, pokud funkci tohoto zařízení nemají nosítka s podvozkem,
Nosítka Stryker 6100 – plní funkci
- 2.4. transportní plachtou
Spencer, nosnost až 600kg
- 2.5. příkrývkami a lůžkovinami
ANO
- 2.6. termoizolační fólií pro udržování tělesné teploty
ANO
- 2.7. fólií nebo vakem pro zemřelé
ANO
- 2.8. přenosným defibrilátorem s monitorem a 12-ti svodovým záznamem EKG křivky a stimátorem srdečního rytmu
**Corpuls3 SLIM – datová SIM, dělitelné moduly, 12svodové EKG s defibrilátorem - samolepící multifunkční elektrody pro dospělé a děti, oxymetr, tlakoměr se 4 velikostmi manžet, kapnometr, senzor stlačování hrudníku při KPR, příslušenství (nůžky, papír do tiskárny, náhradní akumulátor, holítka, EKG elektrody, desinfekční ubrousky)
LIFEPAK 12/15 - 12svodové EKG s defibrilátorem + samolepící multifunkční elektrody pro dospělé a děti, oxymetr, tlakoměr se 4 velikostmi manžet, kapnometr Capnostat®, příslušenství (nůžky, papír do tiskárny, gel, holítka, EKG elektrody, desinfekční ubrousky)**
- 2.9. ručním dýchacím přístrojem s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicijního kyslíku
AMBU dýchací přístroje s ventilem, rezervoárem a přípojkou
- 2.10. přenosným přístrojem pro umělou plicní ventilaci,
Dräger Oxylog 2000 včetně příslušenství
- 2.11. dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem 10 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu
MESSER tlakové lahve, redukční ventil MEDISELECT II O2 QC
- 2.12. dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem 2 l
Přenosné tlakové lahve Linde Gas vč. hlavy s redukčním ventilem, průtokoměrem a rychlospojkou
- 2.13. sadou pomůcek pro zajištění dýchacích cest - laryngoskop s různými velikostmi lžic, endotracheální kanyly pro všechny věkové skupiny pacientů, Magillovy kleště, zavaděč do endotracheální kanyly, supraglottické pomůcky, souprava pro koniotomii,
ANO, vše (HUM, Laerdal)
- 2.14. pomůckami pro zvlhčování dýchacích cest a aplikaci léčiv,
ANO, včetně nasálního aplikátoru léčiv
- 2.15. ventilem pro vytvoření pozitivního tlaku v dýchacích cestách na konci výdechu (PEEP ventil),
Ano, externí PEEP ventil + Dräger Oxylog 2000
- 2.16. přenosnou bateriovou odsávačkou s kapacitou minimálně 1 l,
Laerdal LSU 4000 konfigurace SERRES - EU
- 2.17. zařízením pro ohřev infuzí na teplotu 37 °C +/- 2 °C
ANO, box s regulací teploty v zástavbě vozu (výrobce WAS Deutschland)
- 2.18. vybavením pro podávání injekcí a infuzí včetně vhodných kanyl,
ANO, všechny druhy a velikosti (kanyly BD Autoguard/ BBraun Vasofix Safety PUR, vel. 24G-14G)
- 2.19. vybavením pro podání infuze přetlakem
AccuPro 1000ml, AccuPro 500ml
- 2.20. zařízením pro upevnění infuze,
ANO (zástavba vozu + teleskopický držák na nosítkách Stryker)

- 2.21. infuzní pumpou nebo dávkovačem stříkačkovým,
ANO – Fresenius Kabi; lineární dávkovač Agilia SP MC, infuzní pumpa Agilia VP MC
- 2.22. pomůckami pro intraoseální vstup pro děti a dospělé,
ANO – TELEFLEX Arrow EZ-IO
- 2.23. soupravou pro hrudní punkci
ANO, Bioster souprava pro hrudní punkci
- 2.24. jehlou k punkci perikardu
ANO
- 2.25. kapnometrem
ANO, Capnostat na přístrojích Corpuls3 nebo Lifepak 15/12
- 2.26. tonometrem s různými velikostmi manžety
Friedrich BOSH Prakticus II + monitor
- 2.27. pulzním oxymetrem
Oxymetr Core-Ray CR-50 + monitor
- 2.28. stetoskopem
Littmann Classic II S.E. + KaWe Germany
- 2.29. glukometrem
Freestyle Optium-NEO
- 2.30. vybavením k měření tělesné teploty
Infračervený teploměr Hubdic FS-700
- 2.31. pohotovostní porodní soupravou
Bioster Rescue Náhlý porod
- 2.32. odběrovou zkumavkou pro odběr hemokultury
ANO
- 2.33. pomůckami pro znehybnění krční páteře
Ambu Perfit, Laerdal Select
- 2.34. pomůckami pro imobilizaci
Vakuové fixační prostředky EGO Zlín, dlahy HUM
- 2.35. materiálem pro ošetření ran
ANO, široký sortiment
- 2.36. materiálem pro ošetření popálenin
WATER JEL, BURNSHIELD, Diphoterine sprej
- 2.37. diagnostickým světlem
ANO
- 2.38. nádobou na moč
ANO, jednorázová - neskleněná
- 2.39. jednorázovými sáčky na zvratky nebo jednorázovými emitními miskami
ANO, Sic-Sac
- 2.40. kontejnerem na zdravotnický odpad
ANO, 0,7l
- 2.41. odpadkovým košem
ANO
- 2.42. sterilními chirurgickými rukavicemi - 6 párů
ANO
- 2.43. jednorázovými rukavicemi - 25 párů
ANO (vel. XS-XL)
- 2.44. vyprošťovacím zařízením (vestou), spinálním nebo scoop rámem,
ANO, Ferno scoop
- 2.45. bezpečnostní přilbou
ANO, 3ks
- 2.46. bezpečnostními (pracovními) rukavicemi
ANO, 3 páry
- 2.47. osobním ochranným vybavením proti infekci pro všechny členy výjezdové skupiny
ANO (obleky, návleky, rukavice, brýle, ochranné štíty)
- 2.48. náhlavní osvětlovací soupravou pro všechny členy výjezdové skupiny
ANO (LEDLENSER)

- 2.49. přenosným reflektorem pro vyhledávání osob v terénu
EMOS P4523 10W LED (dosvit 224m)
- 2.50. nůžkami na oděvy, obuv a bezpečnostní pásy
ANO
- 2.51. dezinfekčními prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky
ANO (Desprej®, Sterillium, Cuta-Sept, Septoderm, SOFTA-MAN ViscoRub
- 2.52. vozidlovou radiostanicí,
ANO, Motorola
- 2.53. přenosnou radiostanicí,
ANO, Baofeng 5V
- 2.54. připojením k veřejné telefonní síti prostřednictvím radiostanice nebo mobilního telefonu,
ANO
- 2.55. zařízením pro vnitřní komunikaci mezi řidičem a osobami v prostoru pro pacienty, pokud vnitřní uspořádání vozidla neumožňuje přímou komunikaci mezi nimi
ANO, umožňuje
- 2.56. zvláštním výstražným světlem modré barvy²⁾ doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením.
ANO, majáková rampa BALKEN DBS975 LED, zadní, přední a boční výstražná světla modré barvy

Další vybavení: Alkohol tester Dräger 3000



